

2022年5月
(2022-02)

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承いただき、今後ともより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 変更実施日

2022年7月1日（金）ご依頼分より

◆ 検査内容変更項目一覧

検査項目名	変更箇所	新	現	備考
【1510】 尿沈渣	検査方法	フローサイトメトリー法 および無染色鏡検法 ※フローサイトメトリー法で 同定できない成分は、鏡検法 を実施致します	無染色鏡検法	
	報告形式	細菌の有無まで報告	細菌有の場合のみ報告	
	報告書内容 (実施料)	無	27 注①	注①当該医療機 関内で検査を行っ た場合に算定

※【1500】尿一般検査、【1509】染色鏡検法当該医療機関内で検査を行った場合に算定される為、報告書の実施料の記載を変更致します。

※地域緊急検査分は現行通り無染色鏡検法となります。

フローサイトメトリー法を原理とした全自動分析装置を導入し、現行の無染色鏡検法と併用して検査を実施致します。

フローサイトメトリー法では尿中の有形成分（赤血球、白血球、上皮細胞、円柱、細菌）を高精度に測定し、信頼性の高い定量データが得られます。

なお、検査結果は現行の鏡検法単独時の報告形態に準じ、“1視野当たり”に変換・統一して報告致します。

血球・細胞類報告様式	
フローサイトメトリー法 定量値（個/ μl ）	報告値（個/HPF）
0～5.56	1未満
5.57～28	1-4
29～54	5-9
55～109	10-19
110～164	20-29
165～274	30-49
275～549	50-99
550以上	100以上

細菌報告様式	
フローサイトメトリー法 定量値（個/ μl ）	報告値（個/HPF）
0～0	(-)
1～150	(+-)
151～1500	(1+)
1501～10000	(2+)
10001以上	(3+)